

2023年12月15日

一般競争入札に関するご案内

医療法人社団輝生会
成城リハケア病院

標記の件につきまして、下記のとおり入札を行うことになりましたのでお知らせ致します。
入札への参加を希望する事業者の方は担当までご連絡ください。

記

1. 概要

(1) 名称 令和5年度東京都地域医療構想推進事業（中小病院支援）

(2) 入札日 2023年12月27日（水）

(3) 申込受付期間 2023年12月19日（火）～12月22日（金）

(4) 入札方法 一般競争入札

(5) 入札場所 成城リハケア病院 1F 面談室

(6) 品目

① コニカミノルタセクター用プローブ S4-2A 1本

② 電動自転車 PASCITY-SP5 5台

※詳細につきましては、仕様書をご覧ください。

2. 問い合わせ先

成城リハケア病院 サポート部 担当 後藤・松原

TEL 03-5429-2292（代表）

以上

コニカミノルタセクター用プローブ 仕様書

1. 品名

コニカミノルタセクター用プローブ S4-2A

2. 数量及び構成

1本

【構成内容】

No	メーカー名	品名・規格	数量
1	コニカミノルタ株式会社	コニカミノルタセクター用プローブ S4-2A	1

3. 納入期限・納入場所

2024年3月31日 成城リハケア病院内

機器構成内訳は下記のとおりであり、詳細仕様を満たすものであること。

【構成内訳】

調達物品名 : セクタープローブ、CWキット、ECGユニット

数量 : 1

【詳細仕様】(性能・機能に関する要件)

1. セクタープローブ

高分解能の画像で診断精度の向上を図るため、実効周波数帯域は2~4MHzであること。

入札に関する要件

- 仕様書の納入期限に留意し納品作業を行うこと。
- 本装置の調達に伴う搬入、据付、配線、運転調整については当院担当職員と事前協議の上、受注者側で行うこと。
- 本装置の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- 本仕様書に記載のない事項については当院職員と協議すること。

以上

電動自転車 PASCITY-SP5 仕様書

1. 品名

電動自転車 PASCITY-SP5

2. 数量及び構成

5 台

【構成内容】

No	メーカー名	品名・規格	数量
1	YAMAHA 発動機株式会社	PASCITY-SP5 PA27CSP5	5

3. 納入期限・納入場所

2024 年 3 月 31 日 成城リハケア病院内

入札に関する要件

- 仕様書の納入期限に留意し納品作業を行うこと。
- 本機の調達に伴う搬入、機能調整については当院担当職員と事前協議の上、受注者側で行うこと。
- 本機の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当職員の承認を得た上で引き渡すこと。
- 本仕様書に記載のない事項については当院職員と協議すること。

以上